PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



# TANEL WILGOTNOŚCIOMIERZ DREWNA PWT-8D

Wycofany
Producent : TANEL
Data wygenerowania: 2026-11-23

## Opis

Miernik PWT-8D przeznaczony jest do stacjonarnego pomiaru wilgotności i temperatury drewna oraz umożliwia drukowanie wyników na drukarce.

Znajduje zastosowanie przy produkcji opakowań drewnianych, a w szczególności palet typu EUR.

Pozwala spełnić wymagania fitosanitarne (ISPM 15, „Wytyczne dla unormowania drewnianych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym”) w zakresie dokumentowania obróbki cieplnej drewna (temperatura, czas) oraz wilgotności końcowej drewna (palet).

## Dane techniczne

| | | |
|---|---|---|
| | Wilgotność drewna | Temperatura drewna |
| Zakres pomiarowy | 8 % - 60 % | od -5°C do 80°C |
| Dokładność | ±2 % (w zakr. 8 - 28%) ±2 % + 10 % wart. mierzonej (powyżej 28% | ±1 °C |
| Rozdzielczość | 0.1 % | 0.1 % |
| Elektrody | ϕ 4 x 30 mm - 2 szt. | sensor rezystancyjny |
| Max długość przewodów | 20 m | |
| Zakres temp. drewna | 20 - 80 °C | |
| Rodzaj wskaźnika | wyświetlacz LCD $3^1/_2$ cyfry | |
| Liczba gatunków | 11 | |
| Zasilanie | 240 V, 50 Hz (tylko w odbiorniku) | |
| Gabaryty | 175 x 17 5x 75 mm | |
| | | |
| Drukarka | | |
| Typ | KAFKA R (MEFA-BŁONIE) | |
| Ustawienie daty | tak | |
| Ustawienie czasu | tak (z dokładnością do 1s) | |

| | |
|---|---|
| Częstotliwość zapisu | 5, 10, 15, 30, 60 min. |